

## 義肢用電気オーブナー式交換契約仕様書

### 1. 機器構成

内 訳

義肢製作用電気オーブナー 1式

### 2. 仕様及び性能

- ①機械の寸法が1300×1720×700mm(幅×高×奥)以内であること。
- ②炉内の寸法が1000×850×650mm(幅×高×奥)以上であること。
- ③炉内温度は0～300℃で、±1℃で正確な温度制御が可能なこと。
- ④内部の温度は左右のバラツキを抑え、平均した温度になること。また、湿度も平均した湿度分布が可能なこと。
- ⑤炉内に照明を設置し、内部を目視できること。
- ⑥温度の異常上昇を防止・阻止するための装置が設置されていること。
- ⑦電気容量は、合計7.5kW以下であること。

### 3. 下取り交換について

現場に設置してある下記の機器と下取り交換を行うこと。

義肢用電気乾燥機(KK-80) 昭和56年購入

### 4. その他

搬入・設置・既存品の下取りまで行うこと。