

エアーフローティングシステム用  
セラミックビーズ交換一式（1台分）仕様書

## 1 調達の目的

エアベッドの本来の性能・効果を回復させるため、充填されているセラミックビーズを交換する。

## 2 調達品等名及び数量

エアフローティングシステム用セラミックビーズ交換一式（1台分）

## 3 調達物品等の構成

- (1) エアフローティングシステム<sup>※1</sup>用セラミックビーズ 1台分<sup>※2</sup>  
※1 ケイセイ医科工業株式会社 LIFE ISLAND-6 ※2 25kg×23缶
- (2) 充填されているセラミックビーズと購入したセラミックビーズの入れ替え
- (3) セラミックビーズ搬出搬入・入れ替えに伴う経費。

## 4 要件等

### (1) 納品等

- ① セラミックビーズの入れ替えは、発注者と協議の上、決定すること。
- ② セラミックビーズの入れ替えは、補充方法・機器調整に熟知した者が行うこと。
- ③ 入れ替えに際しては、必要な養生を行い、建物等を汚損・破損した場合は直ちに補修すること。

### (2) 設置場所

当該エアフローティングシステムの設置場所は、病院新館2階病棟である。

### (3) セラミックビーズの性質

- ① エアフローティングシステム専用の医療用セラミックビーズであること。
- ② ソーダ石灰ガラスで出来ており、完全な球体で直径は50 $\mu$ から150 $\mu$ であること。