

エアフローティングシステム用 セラミックビーズ交換一式（1台分）仕様書

1 調達目的

エアベッドの本来の性能・効果を回復させるため、充填されているセラミックビーズを交換する。

2 調達品等名及び数量

エアフローティングシステム用セラミックビーズ交換一式（1台分）

3 調達物品等の構成

(1) エアフローティングシステム^{※1}用セラミックビーズ 1台分^{※2}

※1 ケイセイ医科工業株式会社 LIFE ISLAND-6 ※2 25kg×23缶

(2) 充填されているセラミックビーズと購入したセラミックビーズの入れ替え

(3) セラミックビーズ搬出搬入・入れ替えに伴う経費。

4 要件等

(1) 納品等

① セラミックビーズの入れ替えは、発注者と協議の上、決定すること。

② セラミックビーズの入れ替えは、補充方法・機器調整に熟知した者が行うこと。

③ 入れ替えに際しては、必要な養生を行い、建物等を汚損・破損した場合は直ちに補修すること。

(2) 設置場所

当該エアフローティングシステムの設置場所は、病院新館2階病棟である。

(3) セラミックビーズの性質

① エアフローティングシステム専用の医療用セラミックビーズであること。

② ソーダ石灰ガラスで出来ており、完全な球体で直径は50μから150μであること。